

X-RUNNER™

GŁOWICA ZABIEGOWA DO LASERA LIGHTWALKER AT-S



X-RUNNER™ – to ablacyjna laserowa głowica skanująca do zabiegów na tkankach twardych i miękkich.

Skanująca głowica zabiegowa X-RUNNER™ umożliwia wykonywanie precyzyjnych i dokładnych zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej, implantologii, ortodontji, chirurgii tkanek twardych i miękkich.

X-RUNNER™ umożliwia wykonywanie otworów o różnych kształtach i wielkościach w tkance twardej. Głowica jest przeznaczona do współpracy z laserami LightWalker AT-S.

Zastosowania:

- opracowywanie ubytków o dużej powierzchni zabiegowej
- przygotowywanie powierzchni tkanki
- cięcie tkanki miękkiej
- apikoektomia
- implantologia
- osteotomia

Korzyści:

- możliwość zmiany rozmiaru i kształtu płamki zabiegowej
- precyzyjne pokrycie dużych obszarów zabiegowych
- wygodna i lekka konstrukcja
- ergonomiczny design

Długość fali zabiegowej	2940 nm
Odległość robocza	>=13 mm
Średnica punktu	0,9 mm
Funkcja spryskiwania wodą	wbudowana
Wzory kształtów	koło, prostokąt, sześciokąt (kształt lub obrys kształtu), linia prosta
Wielkość kształtów	2-6 mm
Klasa części (IEC 60601-1)	20 W
Sterylizacja	7- przegubowe ramię
Biokompatybilność	NAMSA – Klasa VI (USP)
Bazowy system laserowy	LightWalker AT-S

